車いす用 優クッション 取扱説明書

INOAC



使用上の注意

⚠警告

- **包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。クッションを取り出した後は、穴をあけて廃棄してください。**
- **このクッションは、効果的に座圧を分散しますが、褥瘡を完全に防止できる物ではありません。定期的なプッシュアップや、姿勢変化等により、適宜圧迫を開放してください。長時間同一姿勢の座位を続けると、褥瘡の発生につながります。**
  また、褥瘡は圧力の分散だけでは防止できません。座位姿勢や湿潤、栄養など、多方面からの管理が必要です。医師や看護師、理学療法士、作業療法士、リハエンジニアなどの指導のもとで、十分なセルフケアを行いながら、お使いください。

⚠注意

- クッションを使用中の喫煙は、おやめください。火種の落下等によりクッションに火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。
- 皮膚(特に坐骨結節部など)に、反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。同じ使用状況でも、体調などにより十分に圧力が分散できないことがあります。異常が認められた場合、直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特にクッションを使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特にカバー洗濯後は、十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。
- 低温な環境下(10℃以下)では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。その場合、室温になじませてからお使いください。
- カバーには防水生地を使用していますが、完全防水ではありません。ウレタンの入った状態で水や液体をかけることは、おやめください。

製品の特徴

（1）車いすの座面高さに影響を与えにくい、薄型設計です。

（2）高密度高反発ウレタンフォームをベースとして、坐骨付近には高密度低反発ウレタンフォームを使用。より大きな接触面積を得ることで、座圧を効果的に分散します。

（3）低反発ウレタンフォーム部を他の部分よりも厚くすることで、より底付きしにくく、また足駆動が行いやすくなっています。さらに、最下部に特殊ゲル材を配することで、薄くても、より底付きしにくくなっています。

（4）ゲル材は同時に、足駆動の際の、坐骨の「ずれ」による応力を緩和します。

（5）カバーには、ポリエステル繊維に特殊ウレタンフィルムラミネート加工を施した「Galax®MC」を採用。失禁などの際にもクッション本体は汚れにくくなっています。

お手入れの方法

- カバー…洗濯できます。カバーの洗濯表示に従い、水洗いかドライクリーニングしてください。
- クッション本体…洗濯できません。汚れてしまった場合は、固く絞った布でたたくように清拭してください。消毒が必要な場合は、指定濃度に希釈したエタノールやヒビテン等の消毒薬で湿らせた布で清拭するか、速乾性消毒薬（ウエルパス等）を少量掛け、軽く拭きとった後、日陰でよく乾燥させてください。濡れてしまった場合も、風通しの良いところで陰干ししてください。
- より長い間、快適にお使いいただくためにも、クッションは時々休ませながらお使いください。
  クッションをお使いにならないときには、乾燥した室内に、平らに置いておくことをお勧めします。その際、物を上に置くなど、クッションの負荷となることはおやめください。

［品質表示］

寸法・重量	（約） 400×400×50（mm） ・ 約 1kg
カバー	ポリエステル、ポリウレタンフィルムによる防水加工
中芯	ポリウレタンフォーム（複合）、特殊ゲル材

［販売元］ **株式会社 イノアックリビング**

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 2-13-4 Tel 052(581)1079 Fax 052(581)1083

0702-02

紙 外箱 プラ 内袋